

| | | |
|---|----------------|--|
| LNDD | ENREGISTREMENT | Codification: E-CC-10 Version: C Date: 09/05/2006 1/2 |
| VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION CG/IRMS | | |

Numéro d'échantillon : 178107 995474
 Numéro d'identification de l'appareil : 150651NF1
 Instruction de confirmation : I... CONF 3.1

1. Tune

Spécification : plateau du peak Centre ≥ 10 V

Tune conforme : oui non

2. Stabilité de l'instrument

Spécification: écart mesuré entre valeur maximale et valeur minimale du ratio 2/1 ≤ 0.5 %

Stabilité conforme : oui non

3. Précision de l'instrument

Code de la solution Mix Cal IRMS: 003
Valeurs obtenues (%) pour 3 injections:

| | Décane | Undécane | Dodécane | Méthyldécanoate |
|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| Moyenne | - 31.61 | - 31.46 | - 31.01 | - 31.67 |
| Ecart-type | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.13 |

Spécification: écart-type d'au moins 3 alcanes ≤ 0.5 %

Précision conforme : oui non